

ელექტრო ენცეფალოგრაფიის სატენდე

სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობა	მინიმალური ტექნიკური მონაცემებია
რაოდენობა	1
გამოყენების სფერო	
მწარმოებელი ქვეყანა	
მწარმოებელი ფირმა	
აპარატის მოდელი	
ფუნქციონალური მდგომარეობა	
აპარატის ზოგადი ტექნიკური მონაცემები;	
ელექტრო ენცეფალოგრაფიის აპარატი	რუტინული მოკლევადიანი და ხანგრძლივი ძილის მონიტორინგისთვის
ეეგ არხების რაოდენობა	არანაკლებ 24 არხისა
ეკგ	არანაკლებ 1 არხისა
ოკულოგრამა	არანაკლებ 2 არხისა
მიოგრამა	არანაკლებ 1 არხისა
შლემები	მოზრდილთა (ინტეგრირებული ელექტროდებით)
ხიდისმიერი ელექტროდები	არანაკლებ ორი კომპლექტისა
რეზინის ქუდების რაოდენობა	არანაკლებ 3
აუცილებელია მოყვებოდეს შესაბამისი ფოტოსტიმულატორი	
პროგრამული უზრუნველყოფა	
მაღალი სიჩქარის კომპაქტური ფლემ ბარათი, პაციენტთა კვლევის ჩასაწერად	არანაკლებ 2GB
სერვისული მომსახურეობა:	
კვალიფიციური ინჟინერის არსებობა ადგილზე	
ინჟინერის ტრენინგი აღნიშნულ აპარატზე	
გამოცდილება	
შემენის პირობები:	
ღირებულება	
გადახდის პირობა	
მოწოდების ვადა	
ინსტალაციის ვადა	
პერსონალის ტრენინგი	
გარანტიის ვადა	

რო ტექნიკური დავალება

დანართი N1

მომწოდებელი ფირმის აპარატის მონაცემები (<u>აუცილებლად უნდა შეივსოს ყველა გრაფა</u>)	შენიშვნა
	გვჭირდება მხოლოდ აპარატი კომპიუტერის გარეშე. კომპიუტერი რა მონაცემების უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია დაურთეთ სატენდერო წინადადებას.