

ბრახითერაპიის კაბინეტის კარი 1 ცალი

- კარის აღწერა – რენგენო გამოსხივებისგან დამცავი კარი, რადიაციული უსაფრთხოების მოთხოვნების გათვალისწინებით , საჭიროა კარის მასალა იყოს ლითონის და ერთ მხარეს ზედა ფენა ტყვიით დაფარული
- კარის ღიობის სიმაღლე 2,20მ
- კარის ღიობის სიგანე 1,57
- ბრაქითერაპიის ბუნკერის კარები უნდა იყოს ერთფრთიანი და აუცილებელია იყოს ზღურბლის გარეშე ვინაიდან თავისუფალად შესაძლებელი იყოს საკაცით პაციენტის გადაადგილება ზედმეტი დაბრკოლების გარეშე
- გაღების მექანიზმი –ელექტრო, გასასრიალებელი
- კარის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს თანდართულ ფოტოს.



